

【財団 HP 掲載用の研究概要】

研究課題名

生化学自動分析装置 LABOSPECT008α の基本的検討

本研究は、ちば県民保健予防財団倫理審査委員会の承認を踏まえて理事長が許可をした研究です。

当財団の検査室において、生化学検査を行なっている測定機器（日立自動分析装置 7700 形）は更新時期を迎えています。本研究においては従来機と新規導入機（LABOSPECT008α）の比較検討および性能評価を行います。これにより測定系の精度が保証されます。また、この研究の一部において当検査室で検査を終了した血液検体の残余血清を個人が特定できない状態で使用します。研究期間は 2018 年 3 月 31 日までの予定です。機器更新により検査の精度向上が期待されます。

研究責任者

検査部一般検査課 生化学・血液・血清検査室
臨床検査技師 中 藁 有 紀